



**ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ**  
М. Обреновића бр. 17, 31000 Ужице  
☎ (031) 565-680, 565-733 , факс: (031) 561-861  
e-mail: [tendi@zcue.rs](mailto:tendi@zcue.rs); [tendidm@zcue.rs](mailto:tendidm@zcue.rs)

## ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – **Материјал за трансфузију**, редни број ЈН 29/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 18.04.2018.год.

### ПИТАЊЕ:

U konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku dobara – Materijal za transfuziju, JN br. 29/18, kao uslov za partiju br. 4 - Reagensi za imunohematološka ispitivanja za rad na automatskom analizatoru- gel metoda- inkorporirani antiserumi u gelu, navodi se da jedna gel kartica mora da sadrži 8 mikrokolona, pri čemu ste jasno omogućili učešće samo jednom ponuđaču.

S obzirom da ste kao Naručilac dužni da obezbedite što veću konkurenciju u postupku javnih nabavki, molimo Vas da izmenite uslove za partiju br. 4 po pitanju zahtevane konfiguracije gel kartica i da na taj način omogućite ravnopravno učešće i drugim potencijalnim ponuđačima koji nude istu tehniku testiranja sa gel karticama koje sadrže 6 mikrokolona.

Takođe, kao uslov za partiju IV navodi se da : „Ponuđač je u obavezi da preda i instalira radi korišćenja na vremenski period do kraja isporuke dobara, odgovarajuću centrifugu za gel kartice koje nudi i inkubator za gel kartice koje nudi“. Kako se u Vašem vlasništvu već nalaze ID-Centrifuga 12S II i ID Incubator 37S za rad gel tehnikom, kompatibilno gel karticama sa 6 mesta naše pitanje je zašto pored opreme koju imate u Vašem vlasništvu tražite da vam se isporuče nove centrifuga i inkubator.

Smatramo da ste na ovaj način diskriminatorски postupili prema ostalim potencijalnim ponuđačima, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i obavezama naručioca da omogućiti učešće što većem broju ponuđača.

Napominjemo da ste kao naručilac dužni da omogućite što veću konkurenciju i ne ograničavate konkurenciju, a pogotovo ne onemogućavanjem bilo kog ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. Iz tog razloga smatramo da ste u obvezi da prilagodite uslove konkursne dokumentacije tako da svi zainteresovani ponuđači mogu ravnopravno da daju svoje ponude za pomenutu partiju čime bi konkurentnost bila obezbeđena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

### ОДГОВОР:

Narucilac ce izmeniti konkursnu dokumentaciju za partiju br. 4 po pitanju konfiguracije gel kartica i pomeriti rok za podnosenje ponuda.

Sto se tice zahteva da je „Ponuđač je u obavezi da preda i instalira radi korišćenja na vremenski period do kraja isporuke dobara, odgovarajuću centrifugu za gel kartice koje nudi i inkubator za gel kartice koje nudi,“, Narucilac ostaje pri zahtevu iz Konkursne dokumentacije jer su ID –centrifuge 12 S II i ID incubator 37 S I, koji su u vlasnistvu Narucioca, u neispravnom stanju.

Ужице, 14.05.2018.год.

Здравствени центар Ужице  
Служба за јавне набавке